

| 番号 | 質問の内容  | 質問等に対する回答  | 備考 |
|----|--|--|----|
| 1  | <p>・業務仕様書8.成果品提出について<br/>分析生データの中に「イノシン5'-リン酸 (IMP)」の記載がありません。K値算出のデータとして、IMPのデータ提出も必要でしょうか。</p>   | <p>K値算出のデータとして、IMPのデータも提出もお願い致します。</p>   |    |
| 2  | <p>・仕様書7.検体の種類について<br/>「生鮮マアジ等の普通肉約2gを秤量し、冷PCA入り遠心管中でハンディ型ホモジナイザーを用いてホモジナイズし、冷蔵保管する」という記載は、請負業者ではなく、委託者側（水産研究・教育機構様）が実施する内容という理解でよろしいでしょうか。</p>  | <p>そのとおりです。</p>  |    |
| 3  | <p>・肉片が入った遠心管を引き渡す場所（長崎県内）について、直接回収する形、ということよろしいでしょうか。<br/>（それとも、集配業者での配送、という形も可能なのでしょうか）<br/>・10%過塩素酸について、毒劇物扱い等ではないのですが、配送ができない場合には、別途の送付も可能でしょうか<br/>（発泡スチロール・ラックは配送機関での送付、試薬などは別送（持ち込み・別業者による送付）等）</p> | <p>1点目につきまして、肉片が入った遠心管を直接回収いただくことを想定しています。</p> <p>2点目につきまして、過塩素酸、発泡スチロール、ラックは、それぞれ別々に送付いただいても構いませんが、水産研究・教育機構担当職員には、希釈した過塩素酸が入った遠心管をラック及び発泡スチロールに収納した状態での引き渡しをお願いします。水産研究・教育機構担当職員に引き渡す際には、必ず請負業者の立ち会いをお願いします。</p> |    |
|    |  |  |    |
|    |  |  |    |
|    |  |  |    |

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合および法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。